



Jednorázové Nitrilové vyšetřovací & ochranné rukavice

Vyšetřovací a ochranné nitrilové rukavice z Nitril-butadienového kačuku (NBR). Rukavice bez latexu, bez urychlovačů DEHP/DOP, nesterilní, nepudrované, jednorázové. V souladu s nařízením EU o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745 (třída I) EN455-1:2000, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, nařízení EU o OOP (EU) 2016/425 (CAT III), EN ISO 21420: 2020 a EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016.



Zdravotnický
prostředek



Osobní
ochranný
prostředek



Zdravotnictví



Průmysl



Potravinářství

Výhody nitrilových rukavic SOFTCLINIC

- + Neobsahují latex
- + Nepudrované
- + V souladu s nařízeními EU
- + Odolnost vůči mikroorganismům
- + Odolnost vůči vybraným chemikáliím
- + Vhodné pro práci s potravinami
- + AQL ≤ 1,5

Splňují

- + Nařízení EU pro zdravotnické prostředky 2017/745, třída I
- + Nařízení EU pro osobní ochranné prostředky 2016/425, kategorie III
- + Nařízení ES pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami 1935/2004, článek 3

Balení

- 1 Krabička = 100 Rukavic
- 1 Karton = 10 Krabiček = 1 000 Rukavic
- 1 Paleta (výška 130cm) = 60 Kartonů = 60 000 Rukavic
- 1 Kontejner = 4.100 ks kartonů = 4.100.000 ks Rukavic



Dodatečné informace

Tento produkt byl testován v souladu s normou ČSN EN ISO 374-1:2017+A1:2019 a dosáhl následujících tříd provedení. Úroveň degradace udává změnu odolnosti materiálu proti propíchnutí po nepřetržitém kontaktu vnějšího povrchu rukavice se zkušební chemikálií. Norma ČSN EN ISO 374-4:2020. Úrovně permeace jsou dány dobou průniku vybraných chemikálií v minutách. Norma ČSN EN 16523-1:2015+A1:2019.

Chemikálie	ČSN EN ISO 374-1:2017+A1:2019 Úroveň permeace	ČSN EN ISO 374-4:2020 Degradace
40% Hydroxid sodný (K)	6 (> 480)	-68,10%
30% Peroxid vodíku (P)	2 (> 30)	30,50%
37% Formaldehyd (T)	5 (> 240)	9,50%

Normy

ČSN EN ISO 21420:2021: Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody
 ČSN EN ISO 374-1:2017+A1:2019: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika, ČSN EN ISO 374-2:2020: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci ČSN EN 16523-1:2015+A1:2019: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií – Část 1: Permeace potencionálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu ČSN EN ISO 374-4:2020: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi ČSN EN ISO 374-5:2017: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismu
 ČSN EN 455-1:2020: Lékařské rukavice pro jedno použití – Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr
 ČSN EN 455-2:2016: Lékařské rukavice pro jedno použití – Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností
 ČSN EN 455-3:2015: Lékařské rukavice pro jedno použití – Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení
 ČSN EN 455-4:2010: Lékařské rukavice pro jedno použití – Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti
 ČSN EN ISO 13485:2016: Systém managementu kvality pro výrobce zdravotnických prostředků. ČSN EN ISO 14971:2020: Aplikace řízení rizik na zdravotnické prostředky. ČSN EN ISO 14001:2016: Systém environmentálního managementu. ČSN EN ISO 9001:2016: Systém managementu kvality. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Doba průniku (min)	>10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Třída provedení	1	2	3	4	5	6



EN 455
EN ISO 21420
EN ISO 374

AQL
≤1.5



single use only



KPT



VIRUS

